CK 100

Manual de Instruções

Apresentação

Nome:	Vaporizador CK 100
Fornecedor:	CK Indústria e Comércio de Aparelhos Eletromedicinais Ltda.
Endereço:	Rua Apinagés 1577 - São Paulo - SP
CEP:	01258-001
Telefone:	(11) 3672-0694
Fax:	(11) 3865-8987
Internet:	http://www.ck.com.br
E-mail:	info@ck.cm.br
C.N.P.J.:	56.045.990/0001-39
Reg. M.S.:	10282719002

Índice

CAPÍTULO		PÁGINA
1	PAINEL DE CONTROLE	3
2	VAPORIZADOR	4
3	INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS	5
4	INSTRUÇÕES DE USO	6
5	CUIDADOS COM O USO	8
6	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9
7	DADOS TÉCNICOS	10

1 Painel de Controle



Vaporizador

A - Chave Liga/Desliga Vapor

B - Chave Liga/Desliga Ozônio

C - Led Indicador Nível Ideal

D - Led Indicador Nível Baixo

2 Vaporizador

O Vaporizador CK 100 foi desenvolvido para auxiliar a assepsia da pele, tornando o trabalho da esteticista mais leve e eficaz.

Os aparelhos de ozonoterapia têm a função de produzir vapor quente, de baixa pressão, que serve de suporte a um gás: o ozônio, ajudando a limpeza mais profunda com fins anti-sépticos e oxidantes.

O ozônio é um gás azul que se obtém por descargas de faíscas elétricas em presença do ar. Seu odor típico se assemelha à atmosfera em dias de tempestade elétrica.

Nosso equipamento é fabricado com os mesmos princípios das caldeiras de vapor, ou tecnicamente, gerador de vapor de baixa pressão.

Este tipo de aparelho não corre risco de explosão, pois a resistência utilizada é calculada para a quantidade de água de acordo com a capacidade do recipiente interior, e o orifício de saída do vapor.

3 Indicações Terapêuticas

- Dilatação dos óstios foliculares.
- Tratamento de pele acnéica.
- Penetração mais rápida de produtos nutritivos e ativos.
- Bactericida e Fungicida.

4 Instruções de Uso

1 Verificar se o aparelho está de acordo com a rede elétrica local (110 ou 220 Volts).

2 Ligar o aparelho na rede elétrica.

3 Remover a tampa da parte superior do aparelho para abastecê-lo.



(Figura A)

4 Colocar no recipiente, através do orifício, água filtrada e fervida até o nível máximo (indicado no visor da parte traseira do aparelho).



(Figura B)

5 Colocar a tampa da parte superior do aparelho (Figura A).

6 Ligar a Chave Liga/Desliga do Vapor, que acenderá no painel frontal uma luz vermelha para indicar o acionamento do Vapor, o nível da água é indicado através de um led.

7 Quando o vapor começar a sair pelo orifício, ligar a Chave Liga/Desliga Ozônio, que acenderá no painel frontal uma luz vermelha para indicar o acionamento do Ozônio.

8 Ajustar a ponteira do vaporizador, direcionando-a para a área que se que atingir.



(Figura C)

9 Ao terminar a aplicação desligar a Chave Liga/Desliga do Ozônio e Liga/Desliga do Vapor.

10 Para o uso de essências aromáticas a orientação a ser seguida é que as mesmas deverão ser aplicadas no chamex (esponja vegetal de cor amarela que se encontra dentro do bico adaptador de metal por onde sai o vapor).

Se não quiser utilizar essências aromáticas retire o adaptador desenroscando-o e utilize o vaporizador normalmente.

Observação:

Quando a água atinge o nível mínimo, acende-se um led vermelho, acompanhada por um sinal sonoro e o sistema de vapor é automaticamente desligado.

5 Cuidados Com o Uso

- Para reabastecer o aparelho, é necessário o desligamento do mesmo na Chave Liga/Desliga. Somente após seu desligamento, e com a água em temperatura baixa pode-se novamente colocar água e ligar o aparelho.
- O nível de água deve ser observado pela parte posterior do aparelho e mantido conforme indicações na mesma.
- A utilização somente de água filtrada, e preferencialmente fervida, ou água mineral natural. A água encanada, mesmo filtrada, possui elementos que com o tempo acumulam uma crosta junto à resistência e à parede interna da jarra de vidro provocando o mau funcionamento e desgaste excessivo do aparelho.
- Manter o nível da água conforme indicado, pois o excesso provocará espirros de água quente pela saída de vapor.
- Após a utilização diária do aparelho o mesmo deve ser esvaziado totalmente e somente no dia seguinte, deverá ser novamente abastecido para o uso. Não deixar água de um dia para o outro parada dentro do aparelho.
- Para a limpeza do aparelho, utilizar somente água. Nunca usar produtos químicos que deixarão resíduos que poderão provocar a formação de espuma, que aumentara o volume da água podendo provocar a saída de jatos de água quente, ou mesmo odores desagradáveis.
- **NUNCA** colocar óleos ou essências aromáticas dentro do recipiente onde se encontra a água.

6 Assistência Técnica

A CK Indústria e Comércio de Aparelhos Eletromedicinais LTDA, se reserva o direito de não disponibilizar ao cliente material técnico, como por exemplo lista de peças, diagramas de ligações e esquemas elétricos. Sendo assim, todo o serviço de manutenção nos seus equipamentos deverá ser sempre realizado por seu pessoal técnico nas dependências da empresa com uma periodicidade de 1 ano.

Qualquer violação no equipamento implicará na perda da garantia.

No anseio de aperfeiçoar os aparelhos, o fabricante poderá modificá-los interna e externamente, reservando-se o direito de fazê-lo sem prévio aviso.

Mesmo que se considere este manual bastante detalhado, é recomendável antes de iniciar o uso do aparelho, assistir ao treinamento oferecido gratuitamente pela **CK,** cujo objetivo é justamente solucionar quaisquer dúvidas que porventura se apresentem, assim como dar ao usuário mais informações técnicas e operacionais**.**

A CK não se responsabiliza pelo manuseio indevido do equipamento, pelo uso do mesmo, sem as devidas cautelas, ou por pessoas não capacitadas profissionalmente.

Por essas razões**, a CK,** encara com muita seriedade o treinamento, com a convicção de que é possível otimizar o aproveitamento dos equipamentos, melhorando a relação custo-benefício do tempo despendido em cada sessão, através da sistematização na utilização dos aparelhos que fabrica.

Sendo assim, não deixe de entrar em contato conosco. Estamos à sua disposição de segunda a sexta-feira das 8:30 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 horas.

Quaisquer dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato conosco, dessa forma poderemos aperfeiçoar nossos serviços e atendimento.

CK Indústria e Comércio de Aparelhos Eletromedicinais Ltda.

Rua Apinagés, 1577 - Perdizes - São Paulo - SP - Brasil - CEP 01258-001

Tel.: (11) 36720694 / Tel/Fax: (11) 38658987

internet: http://www.ck.com.br e-mail: **info@ck.com.br**

7 Dados Técnicos



Dimensões

Altura (h) = 520 mm

Profundidade (c)= 210 mm

Largura (l) = 240 mm

Peso Aparelho = 5,5 Kg

Peso com Acessórios e Embalagem = 6,7 Kg

Capacidade Máxima do Recipiente = 750 ml

Alimentação	Consumo
110 ou 220 Volts - 50/60 Hertz	750 W